

# 佛 光 大 學

## 離心機械設備每年自動檢查表

作業場所位置：心理學系 生理心理學實驗室

實驗室（房號）：U514

財產編號：3111101-09-108-0001

實施日期： 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果	改善措施
1. 回轉體	操作狀況是否良好	目視檢查		
2. 主軸軸承	作動測試是否無異聲	目視檢查		
3. 煞車	離合器及制動器機能是否正常	實測檢查		
4. 外殼	各部檢點是否良好無缺陷損壞	目視檢查		
5. 前各款之附屬螺絲	是否無鬆脫狀態	目視檢查		
6. 馬達絕緣	是否良好，無破損	目視檢查		
7. 用電線路絕緣	電線及接線是否清潔牢固及絕緣良好	目視檢查		
8. 其他作業安全事項	儀表各項指示及警告功能是否正常	目視檢查		
9. 保持性能之必要事項	各傳（轉）動系統是否無漏油	目視檢查		
建議改善事項：				

檢查人員： (簽章)

場所負責人： (簽章)

單位主管： (簽章)

註：

1. 每項機械設備、作業須有各自的自動檢查紀錄表，而非相同設備僅共同使用一張檢查表。
2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第 18 條辦理。
3. 檢查結果：正常請打√，異常請打×，無此檢點項目請以 N/A 標註。
4. 本表請保存 3 年。